



Product Service

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. P5 07 11 23579 020

Zertifikatsinhaber: **WIROMA AG**

Schwarzenburgstr. 854
3145 Niederscherli
SCHWEIZ

Produkt:

PSA zum Schutz gegen ionisierende Strahlung
Röntgenschutzartikel für den Strahlenanwender

Modell(e):

Strahlenschutzschürzen (61331-3, 5):
413-AWC, 412-WBT, 421-SDO, 431-LSW mit Gürtel
533-DSW mit Gürtel, 437-Top, 537 Top, 538 Jup
Chirurgische Strahlenschutzhandschuhe
(61331-3, 7): 466
Thyreoidenschutz:
4534 TS, 4533 TC, 4534 TSV

Kenndaten:

Wahlweise in den Ausführungen:

Obermaterial:	Nylon und Magic in unterschiedlichen Farben
Strahlenschwächung:	0,25, 0,35, 0,50 und 1 mm Pb
Absorptionsmaterial:	Leadvinyl, und X-light©, leadfree
Größen:	entspr. Vorgabe der Norm EN 61331-3

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 8, Absatz 4 (Geräte der Kategorie 3) der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

71317085


Datum, 2008-01-22



TÜV SÜD Product Service GmbH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EG Nr. C 203/44 vom 22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 1